ＫＭ-ＳＡ１ＥＢ　取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保管してください。
万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、本説明書をご覧いただき、末永く安全にご愛用くださるようお願い申し上げます。

ご注意とお願い　－けがや故障などを防ぐため、ご使用前に必ずお読みください－

【使用する前に】

・ストレッチャーの各部を点検してから使用してください。
キャスターのブレーキが掛ること
昇降用ハンドルを回し、スムーズに担架部が上下し，ガタつき，異音がしないこと
サイドレールが確実に固定できること
背上げレバーを操作し、背上げ部が確実に固定でき，ガタつきがないこと
キャスターの割れ，取付けにガタが出ていないこと
異常が見つかった場合は使用を中止し、販売店にて修理，点検をして頂きますようお願いいたします。

【使用中は】

・患者の搬送用以外には使用しないでください。
・搬送時は、二人で行ってください。
・患者の乗せ替えをする時は、必ずブレーキを掛けて行ってください。
・ハンドル操作によって担架を上下させる時は必ずブレーキを掛けて行ってください。
・搬送中は必ずサイドレールを立ててロックされていることを確認してから使用してください。
・サイドレールを患者さんの移動の台及び、起き上がりの手摺に利用しないでください。破損した場合、患者さんが落下し危険です。（サイドレールは搬送中の落下を防止する為の物です）
・背上げ操作レバーは、ロックして使用してください。ロックがされていないと、操作レバーが物にあたり背上げが解除される場合があり危険です。
ストレッチャーから離れる時は必ずブレーキを掛けてください。また坂の途中には放置しないでください。
・段差や溝などを勢いをつけて乗り越えようとすることは危険ですのでしないでください。

・担架の両端に腰掛けるとストレッチャーが転倒しますのでしないでください。

・ストレッチャーの上には立ち上がらないでください。

・ストーブ等の火の気に近づけないでください。

【使用後は】

・屋外に放置すると汚れ、錆びなどにより製品が劣化します。保管は屋内でおこなってください。

ご使用の手順

①サイドレールの使い方

・サイドレールのジョイント部分にスライド式のピンがありますのでこれを引き抜くとサイドレールを外側に回転して倒すことが出来ます。

サイドレールを立てるときに、スラドピン部で患者さんの指を挟まないように十分注意してください。

・使用時は起こすと自動的にロックされます。安全のため搬送中は必ず立ててロックした状態で使用してください。

※サイドレールを押し手の変わりにして、ストレッチャーを移動させないでください。サイドレールの変形、破損の原因になります。

②昇降用ハンドルの取り扱い

・ハンドルを時計回りに回転させると担架部が上昇し、反時計回りに回転させると降下します**（最上部または最下部に達した時はハンドルが重くなりますのでそれ以上回すと故障の原因となりますので無理に回さないでください）**。

・ハンドルは折りたたみ式となっています。ハンドル部中央の握り金具を手前に引きながら折りたたんでください。そのとき片手でねずみ色のプラスチック部を持って両手で操作してください。

指を挟まないよう握り金具は手前の方を握って操作してください。

・担架部の昇降時以外のときはハンドル部はかならず折りたたんだ状態にしてください。

・使用する時はプラスチック部を持って手前に引くとハンドルが使用する時の位置に戻ります。

ハンドルを折りたたむ時に手・指を挟まないよう充分に注意してください。

③キャスターの取り扱い

・キャスターの後ろ上部にロックレバーがついています。このレバーの後方部を踏むと車輪の回転と首振りがロックされます。

・解除する際はロックレバーの先端部を踏んでください。

※キャスターをロック状態にしたまま無理にストレッチャーを動かさないでください。
無理に動かすとキャスターの緩み、抜け落ちの原因になります。キャスターの取付が緩んでいる時は、専用スパナで締め付けてください。
※ロックレバーは靴を履いた足で踏み込んで操作してください。過度に踏みつけたり・金槌で叩くと制動部品の変形の原因になりますので行わないでください。
※高温室・冷凍室・スチーム室などの特別な環境や酸・アルカリなど腐食性の強い環境、極端な油・水周りでの使用はキャスターの変形・強度低下・破損の原因になりますので避けてください。

④背上げの取り扱い
担架の頭側外周フレームパイプ下部に背上げ操作レバーがありますので、以下の手順で操作してください。
・操作レバー部のロックプレートを両サイドのノブを持って上に上げると、操作レバーのロックが解除できます。
・操作レバーをフリー位置に倒しますと、背上げのロックがはずれて自由に背の角度が変えられます。
・背上げ部フレームを持って希望の角度まで動かして、レバーをロック位置に戻すと、背上げがロックされ角度が固定されます。安全の為、終了後すぐに手を離さず完全にロックされていることを確認してください。
・操作レバーが動かないように、ロックプレートを下に下げて操作レバーをロックしてください。

操作レバー・ロック状態

患者が背上げ部に乗っている状態での操作は、危険ですので行わないでください。
背フレームと外周フレームの間に手・指を挟まぬ様充分に注意して操作してください。(必ず操作に習熟した方がついてください)
操作レバーは必ずロックした状態で使用してください。

操作レバー・フリー状態

お手入れ・点検の方法

・汚れのひどい時は、中性洗剤の薄め液をスポンジに含ませ汚れを取った後、乾いた布で乾ぶきしてください。
・塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。
・たわしや磨き砂、研磨剤入りのスポンジなどは本体を傷つけますので使用しないでください。
・ボルト・ナット類の緩みがないか定期的に点検していただくようお願いします。緩んだままでのご使用は危険ですので、締め直すか販売店にご相談ください。

仕様

形　　式：KM-ＳＡ１ＥＢ
材　　質：アルミパイプフレーム製
寸　　法：５６０（W）×１９００（L）×５３０～９３０（H）㎜
キャスター：１２５㎜双輪（対角２輪ストッパー付き）
重　　量：約５１kg

〔付属品〕

ＴＹ２２７－２　マット（背上げ機構付き）

５０㎜ウレタンフォーム入り･ビニールレザー仕上げ

※マット裏面には、４ヶ所にずれ防止用のベルトが付いています。使用前にストレッチャー担架部の桟に固定して使用してください。

ＴＹ２２７－３　枕（背上げ機構付き用）

ＴＹ２２２－７　ガードル棒

・ガードル棒は伸縮固定ノブねじによって高さ調節ができます。ガードル棒をガードル棒取り付け金具に取りつけるときは、ガードル棒収納金具から取り出し、取り付け金具に奥いっぱいに差し込んでガタ止め固定ノブねじを締めてください。使用しない時は収納金具に収納し固定ノブねじを締めてガードル棒を固定してください。この時ガードル棒が担架からはみ出さないように奥まで差し込んでください。

〔オプション部品〕

ＴＹ２２７－４　酸素ボンベ受け金具・縦型　（内容量３．５㍑ボンベ用）

ＴＹ２２７－５　酸素ボンベ受け金具・横型　（内容量３．５㍑ボンベ用）

・酸素ボンベをご使用になる時は受け金具に奥いっぱいまで収納し固定ノブねじを締めて酸素ボンベを固定してください。

〔サービスについて〕

使用方法、故障などご不明な点はお買い上げになった販売店か弊社までご連絡下さい。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

販売元　株式会社カワムラサイクル

本社　〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地３丁目９番１

TEL 078-969-2800　FAX 078-969-2811

製造・発売元　日進医療器株式会社

東陽事業部　〒452-0901 愛知県清須市阿原北野１３番地

TEL 052-401-2741　FAX 052-401-2751

大阪営業所　〒533-0013 大阪市東淀川区豊里 6-16-10

TEL 06-6323-8265　FAX 06-6326-2554

本社　〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現 35-2